



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n° 115/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 057/2024
Tipo: Menor preço por item

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS CPAP (VENTILADOR PARA SUPORTE VENTILATÓRIO NÃO INVASIVO) E EQUIPAMENTO BILEVEL (DISPOSITIVO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO – IPAP E EPAP) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA.

FICHA	DOTAÇÃO
669	02.06.01.10.302.0019.2224.3.3.90.39.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal n°14.133/2021, HOMOLOGO E ADJUDICO os itens à empresa vencedora:

EMPRESA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ: 00.331.788/0031-34						
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	240	SV	LOCAÇÃO DE APARELHOS MEDICOS CPAP (basico) (VENTILADOR PARA SUPORTE VENTILATORIO NAO INVASIVO), COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E CARTAO DE MEMORIA OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA TRANSFERENCIA DE DADOS INTERVALO DE PRESSAO: MINIMO DE 4 A 20 CMH2O. TEMPO DE RAMPO ATE 45 MINUTOS, COM INCREMENTO MINIMO DE 5 EM 5 MIN. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO CIRCUITO: MAXIMO DE 2 METROS NIVEL DE RUIDO: MENOR OU IGUAL A 35DB. DEVE CONTER: UMIDIFICADOR ACOPLADO OU INTEGRADO, AJUSTE AUTOMATICO DA ALTITUDE, FILTRO, SISTEMA DE ALIVIO DURANTE A EXPIRACAO, INTERFACE DE SILICONE OU FACIAL. A EMPRESA DEVE SER RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DO APARELHO, BEM COMO TROCA IMEDIATA CASO HAJA ALGUM DEFEITO. O CIRCUITO E A INTERFACE DEVEM ESTAR INCLUIDOS E SEREM TROCADOS DE SEIS EM SEIS MESES OU SEMPRE QUE SE FIZER NECESSARIO (MAU FUNCIONAMENTO). APOS AVALIACAO DA EQUIPE TECNICA DO SAD.	MEDSTAR FABRICANTE: RESMED MODELO: AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR ACOPLADO	81,00	19.440,00

02	36	SV	<p>LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS EQUIPAMENTO BILEVEL(DISPOSITIVO COM DOIS NIVEIS DE PRESSAO, IPAP E EPAP) IPAP: MINIMO DE 4 A 30 CMH2O, EPAP: MINIMO DE 4 A 25 CMH2O MODOS: CONTROLADO, ASSISTIDO CONTROLADO, ESPONTANEO E SUPORTE DE VENTILACAO COM VOLUME GARANTIDO. FREQUENCIA MANDATORIA - 5 A 60 IRPM, MONITORAMENTO: PRESSAO, VOLUME CORRENTE, VENTILACAO POR MINUTO, TAXA RESPIRATORIA, FUGA. ALARMES: DESCONEXAO, APNEIA, VENTILACAO POR MINUTO, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO, CIRCUITO: MAXIMO DE 2 METROS, BAIXO NIVEL DE RUIDO. DEVE CONTER: ADAPTACAO AUTOMATICA DE VAZAMENTO BATERIA PARA FUNCIONAMENTO INTERNA OU NOBREAK COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 04 HORAS NA AUSENCIA DE ENERGIA ELETRICA, UMIDIFICADOR ACOPLADO OU INTEGRADO, FILTRO, AJUSTE AUTOMATICO DA ALTITUDE, INTERFACE DE SILICONE NASAL OU FACIAL, REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA DEVE SER RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DO APARELHO, BEM COMO TROCA EM ATE 24 HORAS, CASO HAJA ALGUM DEFEITO. O CIRCUITO E A INTERFACE DEVEM ESTAR INCLUIDOS E SEREM TROCADOS DE SEIS EM SEIS MESES OU SEMPRE QUE SE FIZER NECESSARIO (MAU FUNCIONAMENTO). APOS AVALIACAO DA EQUIPE TECNICA DO SAD.</p>	<p>MEDSTAR FABRICANTE: RESMED MODELO: STELLAR 150</p>	304,00	10.944,00
VALOR TOTAL: R\$ 30.384,00 (trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais)						

Lagoa Santa, fevereiro de 2025.

ALLAN DIEGO FALCI
Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO PE 057 CPAP

Código do documento 3742ebaf-38ef-4e0b-a109-da4bc4808511



Assinaturas



Allan Diego Falci
allanfalci@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou

Allan Diego Falci

Eventos do documento

24 Feb 2025, 11:23:25

Documento 3742ebaf-38ef-4e0b-a109-da4bc4808511 **criado** por CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8). Email:claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-02-24T11:23:25-03:00

24 Feb 2025, 11:26:20

Assinaturas **iniciadas** por CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8). Email: claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-02-24T11:26:20-03:00

26 Feb 2025, 08:33:27

ALLAN DIEGO FALCI **Assinou** - Email: allanfalci@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.106 (mail.lagoasanta.mg.gov.br porta: 19228) - Documento de identificação informado: 078.783.536-62 - DATE_ATOM: 2025-02-26T08:33:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e98ced2c98eea9da5981f2b290b3df15ad2b6be2fdae33af7a35c66a0e746c6b
(SHA512):269bed0bd0f32292c062f72e892206ffccc1ac65e4ce6ba0626dcbd27002034167bde56baf029beed5ac0fd412b41f78cfea0704eec956417bf0fd30a3a55bc1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.