

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório n° 019/2018

Modalidade: Pregão Presencial RP n° 011/2018

Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CPAP, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO, COM COMODATO DE CILINDROS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA

FICHA	DOTAÇÃO
647	02.06.01.10.301.0025.2186.3.3.90.39.00
669	02.06.01.10.301.0025.2190.3.3.90.39.00
723	02.06.01.10.302.0040.2213.3.3.90.39.00
736	02.06.01.10.303.0039.2196.3.3.90.39.00
743	02.06.01.10.303.0039.2206.3.3.90.39.00
750	02.06.01.10.303.0039.2207.3.3.90.39.00
757	02.06.01.10.303.0039.2208.3.3.90.39.00
767	02.06.01.10.303.0040.2215.3.3.90.39.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, conforme parecer jurídico datado em 06/04/2018, e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei 10.520/02, subsidiada pela Lei 8.666/93, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento no qual foi adjudicado os itens as empresas vencedoras:

Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ: 00.331.788/0031-34						
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	MARCA	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1.400	M3	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (GASOSO). Oxigênio gasoso puro medicinal: gás incolor, altamente oxidante comprimido a altas pressões. Pureza mínima 99,5%. Número ONU 1072, peso molecular 32,00, densidade relativa 1105, temperatura crítica 118,4°C pressão crítica 651,82 kgf/cm ² fórmula química O ₂ , fornecimento em cilindros. Carga Cilindro de 8 a 10 M ³ ,. Cada cilindro deverá vir acompanhado com válvula reguladora com manômetro, fluxometro , cateter e copo umidificador;	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODELO B40(8M3)/B50 (10M3)	R\$ 10,00	R\$ 14.000,00
2	500	M3	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (GASOSO). Oxigênio gasoso puro medicinal: gás incolor, altamente oxidante comprimido a altas pressões. Pureza mínima 99,5%. Número ONU 1072, peso molecular 32,00, densidade relativa 1105, temperatura crítica 118,4°C pressão	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODELO B20 ((4M3))	R\$ 13,00	R\$ 6.500,00

			crítica 651,82 kgf/cm ² fórmula química O ₂ , fornecimento em cilindros. Carga Cilindro com 4 a 6M ³ . Cada cilindro deverá vir acompanhado com válvula reguladora com manômetro, fluxometro , cateter e copo umidificador.			
3	300	M3	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (GASOSO). Oxigênio gasoso puro medicinal: gás incolor, altamente oxidante comprimido a altas pressões. Pureza mínima 99,5%. Número ONU 1072, peso molecular 32,00, densidade relativa 1105, temperatura crítica 118,4°C pressão crítica 651,82 kgf/cm ² fórmula química O ₂ , fornecimento em cilindros. Carga Cilindro de 0,6 a 1 M ³ , Cada cilindro deverá vir acompanhado com válvula reguladora com manômetro, fluxometro, cateter e copo umidificador	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODELO B5 (1M3)	R\$ 51,00	R\$ 15.300,00
5	600	SV	LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, com cilindro backup de 1m³, (deverá contemplar até duas recargas por mês sem custo adicional) , entre 87 e 96%; fluxo de 0,5 a 5 litros por minuto, sistema indicador de pureza de oxigênio, sistema de desligamento automático para sobrecarga, alta temperatura e alta tensão, gabinete em plástico resistente a fogo e sistema de alarme para falta de eletricidade, alimentação elétrica 110v/60 Hz. cada kit deve possuir as seguintes configurações mínimas: concentrador de oxigênio, válvulas reguladoras com manômetro, fluxômetro para os cilindros de oxigênio, dotadas de adaptador de saída, óculos nasais, umidificadores para concentrador. especificações e componentes do kit de oxigenioterapia domiciliar: 1 - concentrador de oxigênio, com vasão máxima de 5 l/min., tendo um consumo previsto de energia elétrica pelo período de 24 horas diárias de 324 kWh por mês, ou seja, 450 w por hora, para equipamento 120 vca; 273,6 kWh por mês, ou seja, 380 w por hora para equipamento 230 vca.2- umidificador - é necessário para conexão do cateter	PHILIPS RESPIRONI CS - MODELO EVER FLO 120 VAC	R\$ 285,00	R\$ 171.000,00

			nasal no equipamento além da umidificação do oxigênio que será ofertado para o paciente, sendo então necessário um umidificador para cada concentrador locado. Recomenda-se a substituição a cada 60 (sessenta) dias. 3- cânula/cateter nasal - siliconizada. obs. Recomenda se a substituição do cateter sempre que houver necessidade, após avaliação da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde ; sendo necessário, uma cânula para cada concentrador locado			
Valor total: R\$ 206.800,00 (Duzentos e seis mil e oitocentos reais)						

Empresa: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.652.247/0001-06

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	MARCA	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
4	36	SV	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS) - Ventilador para suporte ventilatório não invasivo: ajuste automático de pressão: 04 a 20 cm H20; Tempo de rampa: 0 a 45 minutos (incrementados de 5min.); pressão inicial de rampa: 04 à CPAP (ajustável pelo paciente); peso: aproximado 2,5 kg (com umidificador); capacidade de armazenamento de dados: visor: médias 7 a 30 dias; smartcard: 6 meses em 3 sessões de uso por dia, 7 dias de análise profunda; dimensões: aproximadamente 19 x 12,7 x 7,9 (cm);n filtros pólen eultrafino opcional; compensação de altitude: automática; req. aliment. elétrica: 100 240 vac. 50/60 hz; alimentação: cabo de conexão direta; monitorização de aderência: detecção da respiração; no break: autonomia de funcionamento em média de 40 min a 2 horas. máscaras: nasal, almofadas nasais, facial (oronasal) ou facial total: máscara nasal: material da almofada em gel ou silicone; suporte de testa ou arnês de dois pontos sem necessidade de estruturas rígidas ou suporte para testa; cliques de atalho; almofada	CPAP AUTOSSET LINHA S9 E BASE DE UMIDIFICAÇÃO h5i RESMED	R\$ 380,00	R\$ 13.680,00

		<p>substituível; garantia; registro ANVISA; tamanhos: petite, pequeno, médio, médio largo e grande. máscara almofada nasal: tipo de máscara: almofada nasal; material da almofada: silicone; almofada substituível; garantia; registro ANVISA; cotovelo articulado: presença de fixador. máscara facial (oronasal): camada externa de silicone para melhor vedação. camada interna de gel que se adapta ao rosto do paciente; quatro pontos para fixar, proporcionando uma fixação suave e firme; suporte para testa flexível; silenciosa exalação do ar; facilidade para colocar e retirar; tamanhos: petite, pequeno, médio, médio largo e grande. máscara facial total: tipo de máscara: facial total; material de almofada em silicone ou gel; cliques de atalho; cotovelo; fixador; tamanhos: pequeno, médio, grande, extragrande; garantia; registro na ANVISA. umidificador: umidificador que se integra ao equipamento para aliviar o ressecamento e a congestão das vias aéreas. proporcionar umidificação térmica; umidificador aquecido integrado e umidificador de passagem; capacidade de água: 1-2/3 copos ou 325 ml (ao nível de água recomendada) temperatura de funcionamento 5° a 35° c umidade 10 a 95% (sem condensação) pressão atmosférica 76,7 a 101 kpscals definições de aquecimento 1 a 5 (40° a 70°) queda da pressão com umidificador (max.) 0,3 cm h20 a um fluxo de 60 lpm. intervalo de umidade 10 a 40 mg h20/i. manual</p>			
Valor total: R\$ 13.680,00 (Treze mil, seiscentos e oitenta reais)					

Valor total geral: R\$ 220.480,00 (Duzentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta reais)

Lagoa Santa, 23 de abril de 2018.

Gilson de Araújo Urbano
Secretário Municipal de Saúde