



ERRATA E PRORROGAÇÃO I

Processo Licitatório nº 155/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico RP nº 072/2020

Tipo: Menor preço por item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA SANTA/MG E AS AÇÕES VISANDO O COMBATE DO COVID-19

O município de Lagoa Santa/MG, por intermédio do pregoeiro, instituído pela Portaria nº 1.127, de 14 de abril de 2020 alterada pela Portaria nº 1.136, de 27 de maio de 2020, torna público a **ERRATA E PRORROGAÇÃO** da licitação em epígrafe, em conformidade com os termos do processo licitatório nº 1552020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA SANTA/MG E AS AÇÕES VISANDO O COMBATE DO COVID-19.

1. Local, data e horário para realização da Sessão Pública passam a vigorar da seguinte forma, a saber:

- **RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ:**
Dia 03/11/2020 às 9h.
- **ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS:**
Dia 03/11/2020 às 9h e 01min.
- **LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:**
www.bbmnetlicitacoes.com.br

2. Em virtude de posicionamento da secretaria solicitante, retifica-se a especificação dos itens 22 e 23 passando a vigorar as seguintes alterações.

2.1 Em relação ao item 22, onde se lê:

22	4.000	UM	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM FILTRO E ELASTICO PARA FIXACAO E AJUSTE PARA A CABECA DO USUARIO.
-----------	--------------	-----------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Leia-se:

22	4.000	UN	MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL PFF2/N 95- Tipo semi-facial filtrante, modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, para partículas, com elásticos para fixação e ajuste à cabeça e/ou orelha do usuário. Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras, névoas e partículas não tóxicas, eficientes na retenção de fumos metálicos, como solda, névoas aquosas de inorgânicos de baixa concentração como: névoas de ácido sulfúrico e soda cáustica.
----	-------	----	---

2.2 Em relação ao item 23, **onde se lê:**

23	3.100	CX	'MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL Máscara Tripla Decartável composta por duas camadas externas de TNT 20 G/m ² e 01 camada interna de filtro de retenção bacteriana meltblow 20 g/m ² , eficiência de retenção bacteriológica (EFB) maior que 95%, aprovada segundo os parâmetros estabelecidos na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), perfeita para uso nas áreas Médico- Odontolo-Hospitalar, com elástico.atóxica;antialérgica, não inflamável, 100% polipropileno, com tiras super resistentes de 40 cm de comprimento, em TNT 60 g, camada tripla, com clips nasal de 14 cm de comprimento, isenta de fibra de vidro. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Caixa com 50 unidades.
----	-------	----	---

Leia-se:

23	3.100	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA - Máscara cirúrgica descartável pacote c/50 unidade c/ filtro, 3 camadas, com filtro bacteriológico, tripla com clips nasal atóxica, hipoalérgica, não inflamável, 100% polipropileno com elástico e/ ou tiras, 96,9% eficácia na filtragem bacteriana contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote.
----	-------	----	--

3. **Permanecem inalteradas as demais disposições.**

Lagoa Santa, 19 de Outubro de 2020.

Euvani Lindourar Pereira

Pregoeira